

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КАГАРЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

«КАГАРЛИЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

09201, м.Кагарлик, Київської області, вул.Паркова,10

Розрахунковий рахунок №UA278201720344310004000021848 , Держказначейська служба України,
м.Київ

МФО 820172 Ідентифікаційний код 01994416 Тел.5-13-38; 5-11-37

e-mail: kagarlitskaerl@gmail.com

Вих.№ 314
Від 15.05.2026 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)*

1. Найменування замовника:* **КНП КМР «Кагарлицька багатoproфільна лікарня».**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01994416.**
3. Місцезнаходження замовника: **вул. Паркова, 10, м. Кагарлик, Київська обл., 09200.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015 код 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (безтіньова операційна лампа), НК 024:2023 код 36843 — Світильник пересувний для проведення огляду/терапевтичних процедур, НК 031:2024 - Z12010702— Мобільні безтіньові лампи, номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33167000-8 Хірургічні світильники.

Вид: відкриті торги з особливостями.

ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-14-012173-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

115 000.00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro.), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

*Додаток 2
до тендерної документації*

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Код НК 024:2023	Код НК 031:2024	Найменування	Одиниці виміру	Кількість
1	36843 — Світильник пересувний для проведення огляду/терапевтичних процедур	Z12010702— Мобільні безтіньові лампи	Безтіньова операційна лампа	комплект	1

№	Вимога	Параметр	Колонка заповнюється учасником
Інформація про виробника та гарантії:			
1	Країна виробник	вказати	
2	Модель	вказати	
3	Фірма виробник	вказати	
4	Гарантійне обслуговування	не менше: 12 місяців	
Технічні вимоги:			<u>Відповідність</u> <u>Так / Ні.</u> <u>Та посилання на</u> <u>сторінку технічної</u> <u>документації</u>
5	Тип джерела світла	Світлодіоди	
6	Режим роботи лампи	Безперервний	

7	Діаметр освітлювального блоку	Не більше 415 мм	
8	Товщина освітлювального блоку	Не більше 70 мм	
9	Лампа повинна бути мобільною з вбудованим акумулятором	Відповідність	
10	Акумулятор повинен забезпечувати автономну роботу	Не менше 10 годин	
11	Наявність на мобільній основі індикатору заряду акумулятора	Відповідність	
12	Наявність на мобільній основі окремого перемикача увімкнення джерела живлення	Відповідність	
13	Термін служби світло діодів	Не менше 60000 годин	
14	Діапазон регулювання колірної температури	Не гірше 4000К – 5000К	
15	Регулювання колірної температури	Не менше 10 рівнів	
16	Максимальний рівень освітленості	Не менше 130 000 люкс	
17	Регулювання рівня освітленості	Не менше 11 рівнів	
18	Діапазон регулювання освітленості	Не гірше 30000 – 130000 люкс	
19	Панель керування повинна мати сенсорні кнопки	Не менше 5 шт	
20	Панель керування повинна мати кольоровий дисплей	Відповідність	
21	На дисплеї повинні відображатися запрограмовані рівні освітленості та колірної температури	Відповідність	
22	Індекс передачі кольору Ra	Не менше 96	
23	Індекс передачі кольору R9	Не менше 96	
24	Кількість світлодіодів на освітлювальному блоці	Не більше 34 шт	
25	Підвищення температури в освітлювальній області	Не більше 1°C	
26	Глибина освітлення	Не менше 1200 мм	
27	Регулювання розміру світлової плями за допомогою знімної ручки	Відповідність	
28	Діапазон регулювання розміру світлової плями	Не гірше 180 – 220 мм	
29	Знімна ручка придатна до стерилізації	Відповідність	
30	Знімна ручка має кнопку для швидкого від'єднання	Відповідність	
31	Наявність одноразового чохла	Відповідність	
32	Кількість додаткових ручок по діаметру освітлювального блоку	Не менше 4 шт	
33	Мінімальна висота опускання освітлювального блоку	Не більше 820 мм	
34	Максимальна висота підняття освітлювального блоку	Не менше 2000 мм	
35	Кут обертання освітлювального блоку вліво та вправо	Не менше 270 градусів	
36	Кут обертання освітлювального блоку вперед та назад	Не менше 270 градусів	
37	Довжина пружинного важеля	Не більше 650 мм	
38	Кут підняття пружинного важеля	Не менше 30 градусів	

39	Кут опускання пружинного важеля	Не менше 55 градусів	
40	Для збереження оптимального центру ваги, вертикальна стійка повинна мати S-вигин	Відповідність	
41	Висота вертикальної стійки	Не більше 1450 мм	
42	Наявність вбудованого опорного кронштейну	Відповідність	
43	Опорний кронштейн повинен бути поворотного типу	Відповідність	
44	Кронштейн повинен забезпечувати додатковий діапазон повороту та фіксувати стійку лампи	Відповідність	
45	Мобільна основа повинна мати вбудовані спарені колеса	Не менше 4 шт	
46	Колеса повинні бути поворотним та оснащеними гальмами	Відповідність	
47	Висота мобільної основи	Не більше 145 мм	
48	Наявність у комплекті кабеля живлення	Відповідність	
49	Кабель живлення повинен від'єднуватися	Відповідність	
50	Діапазон напруги живлення	Не гірше 100 – 240 В	
51	Потужність вхідного живлення	Не більше 45 Ва	

Посилання в тендерній документації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як «або еквівалент».

*Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо всіх технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації».*

Учасник, подаючи свою тендерну пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена у разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним та якісним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника. Замовник для перевірки відповідності запропонованого учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника тощо.

Загальні вимоги до предмета закупівлі

1. Запропонований учасником товар обов'язково повинен відповідати (або бути краще) усім наведеним технічним вимогам, характеристикам, параметрам і комплектації. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам (параметрам / характеристикам) щодо даного предмету закупівлі в повному обсязі. Для підтвердження відповідності Технічним вимогам до предмету закупівлі Учасник має надати у складі своєї пропозиції заповнену таблицю відповідності з посиланням на сторінку(и) технічної документації – інструкції та/або паспорту та/або витягу з інструкції та/або брошури та/або каталогу та/або технічного опису та/або іншого документу **українською мовою**, де були б підтверджені відповідні технічні параметри/характеристики наведені в Технічних вимогах до предмету закупівлі. **Технічна документація на яку є посилання в таблиці відповідності має бути надана в складі пропозиції.**

2. Товар, запропонований учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. **На підтвердження учасник повинен надати: завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.**

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію з оригіналу листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або його офіційного чи уповноваженого представника, чи дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, або заявника державної реєстрації предмета закупівлі в Україні (або його офіційного чи уповноваженого представника чи дистриб'ютора), яким підтверджується можливість постачання Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист зокрема повинен містити: найменування Учасника, найменування Замовника, та ідентифікатор закупівлі.

4. Термін гарантійного обслуговування товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію, окрім інструментів, виробів, які призначені для одноразового застосування та комплектуючих виробів до запропонованого товару.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.

5. Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування Товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про сервісне обслуговування запропонованого Товару.

6. Постачальник повинен здійснити за власний рахунок транспортування запропонованого товару за адресою замовника, монтаж та введення товару в експлуатацію, а також провести інструктаж (навчання) спеціалістів на робочому місці. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільній формі.

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування: у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



Зоріхіна В.В.