

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
КАГАРЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**«КАГАРЛИЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»**

09201, м.Кагарлик, Київської області, вул.Паркова,10  
Розрахунковий рахунок №UA218201720344340003000021848, Держказначейська служба України, м.Київ  
МФО 820172 Ідентифікаційний код 01994416 Тел.5-13-38; 5-11-37  
e-mail: [kagarlitskacrl@gmail.com](mailto:kagarlitskacrl@gmail.com)

Вих.№ 33  
Від 19.01.2026 р.

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови*

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»  
(зі змінами)*

1. Найменування замовника:\* **КНП КМР «Кагарлицька багатoproфільна лікарня».**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01994416.**
3. Місцезнаходження замовника: **вул. Паркова, 10, м. Кагарлик, Київська обл., 09200.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  
**ДК 021:2015 код 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (світильник операційний одно купольний),  
НК 024:2023 код 12282 — Операційний світильник,  
НК 031:2024 код Z12010701 Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали: фіксовані безтіньові лампи;  
номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33167000-8 Хірургічні світильники.**

**Вид: відкриті торги з особливостями.**

**ідентифікатор закупівлі: UA-2026-01-16-004793-a**

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
115 000.00 грн. з ПДВ.**

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

## Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

### Загальні вимоги

Номер №	Найменування предмету закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1	ДК 021:2015 код 33160000-9 — Устаткування для операційних блоків (світильник операційний одно купольний), НК 024:2023 код 12282 — Операційний світильник, НК 031:2024 код Z12010701 Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали: фіксовані безтіньові лампи; номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33167000-8 Хірургічні світильники.	Шт.	1

#### Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимогах Тендерної Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена відповідним документом (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.*

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.*

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки :

- завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

### Медико - технічні вимоги

Вимоги	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку відповідного документу
<b>Світильник операційний однокупольний</b>	
Лампа повинна бути мобільною, основа лампи повинна мати не менше 4-х коліс, 2 з яких блокуються	
Діаметр куполу світильника не менше 26 сантиметри	
Загальна інтенсивність освітлення не менше 60 000 Люкс	
Глибина освітлення, не менше 50 см	
Наявність функції змінної регульованої колірної температури, в межах не гірше 3 500 – 5 000 Кельвін	
Наявність контрольної панелі для регулювання функцій лампи, з цифровою індикацією для відображення встановлених параметрів	
На панелі повинні бути сенсорні кнопки для регулювання (збільшення/зменшення) наступних параметрів: – Регулювання інтенсивності освітлення; – Вмикання/вимикання приладу.	
Індекс передачі кольору в межах 85-95 Ra	
Тип освітлювальних елементів повинен бути світлодіодним	
Освітлення повинно бути безтіньовим при різних режимах роботи	
Діапазон регулювання освітлення не менше 40 000 – 60 000 Люкс	
Діаметр операційного поля не менше ніж 18 сантиметрів	
Загальна кількість світлодіодних ламп не менше 25 шт.	
Напруга, 220В, 50/60Гц	
Потужність, не більше 20 Вт	
Життєвий цикл світлових елементів не менше 50 000 год.	

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування: у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



Зоріхіна В.В.