

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАГАРЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«КАГАРЛИЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

09201, м.Кагарлик, Київської області, вул.Паркова,10
Розрахунковий рахунок №UA218201720344340003000021848, Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172 Ідентифікаційний код 01994416 Тел.5-13-38; 5-11-37
e-mail: kagarlitskacrl@gmail.com

Вих.№ 200

Від 20.03.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови

КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)

1. Найменування замовника:* КНП КМР «Кагарлицька багатoproфільна лікарня».
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01994416.
3. Місцезнаходження замовника: вул. Паркова, 10, м. Кагарлик, Київська обл., 09200.
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015 код 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (стоматологічна установка),
НК 024:2023 код 62725 - Блок з інструментами для стоматологічного установалення пневматичний, номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33192410-9 - Стоматологічні крісла.

Вид: відкриті торги з особливостями.

ідентифікатор закупівлі: UA-2025-03-20-006132-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
210 000.00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro.), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі
Медико-технічні вимоги

Медико-технічні характеристики	Відповідність (так/ні), з посиланням на сторінку технічної документації
Базова комплектація:	
Стоматологічне крісло	
Модуль лікаря	
Блок плювальниці	
Стоматологічний світильник	
Модуль асистента	
Стілець лікаря	
Пневматична ножна педаль керування	
Комутаційний блок	
Стоматологічне крісло	
Забезпечує максимальну зручність для пацієнта	
Електромеханічне безшумне з напругою 24 В	
Один широкий підлокітник	
Артикуляційний підголівник	
Антибактеріальне безшовне покриття	
Автоповернення в нульове положення	
Функція блокування заданого положення крісла	
Керування з модуля лікаря, модуля асистента та пневматичної педалі	
Кут нахилу спинки 110 °-170°	
Максимальна вантажопід'ємність не менше 160 кг	
Вага не більше 150 кг	
Відстань висування підголівника не менше 120 мм	
Нижнє положення крісла від підлоги не менше 480 мм	
Верхнє положення крісла від підлоги не більше 800 мм	
Модуль лікаря	
Верхня подача інструментів	
Пантограф з пневматичною фіксацією навантаження	
Пантограф, який регулюється в будь яке положення	
Мембранна клавіатура керування кріслом та плювальницею	
Компактний негатоскоп з окремим вмикачем	

Три пневмовиходи М4	
Трьохфункційний пістолет (вода/повітря/спрей)	
Додаткове резервне гніздо	
Блок плювальниці	
Керамічна неповоротна плювальниця	
Плювальниця має бути знімною	
Плювальниця має витримувати багаторазове автоклавування	
Автоматичне обмивання плювальниці і наповнення склянки	
Автоматичний підігрів води для наповнення склянки завдяки вбудованому нагрівачу	
Керування наповненням склянки та змивом плювальниці з модуля лікаря, модуля асистента та за допомогою органів керування на пневматичній педалі	
Кран для наповнення склянки керамічний	
Кран для змиву плювальниці з нержавіючої сталі	
Система чистої води	
Ємність для дистильованої води розташована назовні гідроблока	
Модуль асистента	
Поворотний на 90°	
Пилосос	
Слиновідсмоктувач	
Одне додаткове резервне гніздо	
Стоматологічний світильник	
Світлодіодний	
4 світлодіоди	
Безтіньовий на пантографічному плечі	
Зручна система гнучкого позиціонування	
З'ємні ручки, що піддаються багаторазовому автоклавуванню	
Стілець лікаря	
Одноопорна 5-променева конструкція на колесах	
Регулювання висоти сидіння системою газліфт	
Антибактеріальне безшовне покриття	
Колір стільця лікаря повинен відповідати кольору крісла пацієнта	
Пневматична ножна педаль керування	
Клавіша подачі води на інструмент	
Клавіша подачі повітря на інструмент	
Кнопка продувки інструменту	
Кнопка подачі води у склянку	
Кнопка подачі води для змиву плювальниці	
Джойстик для керування кріслом пацієнта	
Комутаційний блок	
Оснащений водяним фільтром, відстійником і редуктором тиску повітря	
Документація для стоматологічної установки	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	
Інструкція з експлуатації українською мовою	
Наявність гарантійного листа від виробника або його уповноваженого представника в Україні про можливість	

постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	
Сертифікат про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати копію)	
Післягарантійне обслуговування	
Додаткова комплектація:	
Скалер ультразвуковий, що вмонтовується	
Призначений для зняття зубного каменю, пародонтального та ендодонтичного лікування	
З'ємний автоклавуємий наконечник	
Автоматичне відстеження частоти	
Наконечник зі світлодіодною підсвіткою	
Робоча частота ультразвукових коливань 28 ± 3 кГц	
Вихідна потужність 3-20 Вт	
Тиск води від 0,01 МПа до 0,5 МПа	
Має ендодонтичний режим роботи	
В комплекті має бути шість насадок	
Насадки: GD1 – 2 шт, GD2 – 1 шт, GD4 – 1 шт, PD1 – 1 шт, ED1 – 1 шт	
Можливість монтажу у стоматологічну установку	
Документація для скалера	
Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	
Сертифікат про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	
Інструкція з експлуатації українською мовою	
Наявність гарантійного листа від виробника або його уповноваженого представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
Післягарантійне обслуговування	
Мікромотор	
Блок керування забезпечує плавне безступінчасте регулювання оборотів обертання валу	
Наявність реверса	
Повітряне охолодження	
Потужність 120 Вт	
Максимальна частота обертів 35000 об/хв.	
Напруга живлення 32 В	
Має цангову насадку	
Можливість використання кутових та прямих мікромоторних	

наконечників	
Режим роботи: повторно-короткочасний	
Можливість регулювати обороти мікродвигуна від 0 до 35000 об/хв	
Комплектація блока керування:	
- плата РЧВ	
- резистор перемінний	
- ручка резистора	
- тумблер 6-контактний	
- пневмовимикач	
- шланг 1-канальний	
- хвостовик	
Документація для мікромотора	
Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	
Сертифікат про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	
Інструкція з експлуатації українською мовою	
Наявність гарантійного листа від виробника або його уповноваженого представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Сервісне обслуговування та монтаж обладнання повинно здійснюватися інженером, що сертифікований виробником запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
Стоматологічний компресор	
Використовується для роботи чотирьох стоматологічних установок при одночасній роботі слиновідсмоктувача та пілососа від стисненого повітря	
Горизонтальне розміщення ресиверу	
Повітряний потік не менше 300 л/хв	
Резервуар (ресивер) циліндричний об'ємом 90 л	
Рівень шуму ≤ 80 дБ	
Потужність не більше 2520 Вт	
Вага 78 кг	
Максимальний тиск 7,7 атм	
Габаритні розміри 1100 x 480 x 770 мм	
Патрубок для зливу конденсату	
Наявність манометра	
На верхній частині ресивера розташовано 3 двигуни	
Оснащується блоком управління з встановленим всередині стартером	
Компресор обов'язково має бути безмасляним	
Перемикач тиску: регулює і контролює тиск, забезпечує автоматичне включення і відключення компресора в заданій зоні.	
Повітряний фільтр: встановлений на входному отворі компресора для фільтрації забруднення повітря.	
Документація для стоматологічного компресора	

Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	
Сертифікат про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів	
Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців	
Інструкція з експлуатації українською мовою	
Наявність гарантійного листа від виробника або його уповноваженого представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу)	
Сервісне обслуговування та монтаж обладнання повинно здійснюватися інженером, що сертифікований виробником запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)	
Післягарантійне обслуговування	

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування: у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



Зоріхіна В.В.