

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАГАРЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«КАГАРЛИЦЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»

09201, м.Кагарлик, Київської області, вул.Паркова,10
Розрахунковий рахунок №UA218201720344340003000021848, Держказначейська служба України, м.Київ
МФО 820172 Ідентифікаційний код 01994416 Тел.5-13-38; 5-11-37
e-mail: kagarlitskacrl@gmail.com

Вих.№ **444**
Від 25.11.2025 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови

*КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів»
(зі змінами)*

1. Найменування замовника:* **КНП КМР «Кагарлицька багатoproфільна лікарня».**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01994416.**
3. Місцезнаходження замовника: **вул. Паркова, 10, м. Кагарлик, Київська обл., 09200.**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015 код 33160000-9 – «Устаткування для операційних блоків» (система обігріву пацієнта), НК 024:2023 код 37329 Система обігрівання всього тіла на основі застосування електричних ковдр, НК 031:2024 код T030399 Покривала для обігріву – інше, номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33162100-4 - Апаратура для операційних блоків.

Вид: відкриті торги з особливостями.

ідентифікатор закупівлі: **UA-2025-11-24-018270-a**

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
170 000.00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

При визначенні очікуваної вартості закупівлі здійснено аналіз ринку, розглянуто загальнодоступну інформацію, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель prozorro), а також використано інформацію отриману шляхом проведення усних ринкових консультацій та запитом письмових комерційних пропозицій.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

**Технічна специфікація
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

ДК 021:2015 код 33160000-9 – «Устаткування для операційних блоків» (система обігріву пацієнта),

**НК 024:2023 код 37329 Система обігрівання всього тіла на основі застосування
* електричних ковдр,**

НК 031:2024 код T030399

Покривала для обігріву – інше,

номенклатурна позиція ДК 021:2015 код 33162100-4 - Апаратура для операційних блоків

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче або гарантійний лист, що нижче зазначений документ буде надано під час поставки :
 - завірену копію декларації (сертифікату відповідності) або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

№	Медико-технічні характеристики	Параметри	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації
1	Основні характеристики		
1.1	Живлення	220 В~, 50 Гц	
1.2	Потужність	200 Вт	
1.3	Габаритні розміри, не більше	196x180x345 мм	
1.4	Вага, не більше	3 кг	
1.5	Кількість каналів	Один	
1.6	Режими нагріву, не гірше	Ручний та автоматичний режими нагріву	
1.7	Клас безпеки, не гірше	I	
1.8	Ступінь захисту, не гірше	IPX2	
1.9	Режим роботи	Безперервний	
1.10	Діапазон регулювання, не вужче чим в діапазоні	33,0 °C – 39,0 °C	
1.11	Однорідність температури контактної поверхні, не більше	±1 °C	
1.12	Похибка читабельності індикаторів, не більше	±0,7 °C	
1.13	Час нагрівання з 20 °C до 37 °C, не більше	40 хв	
1.14	Сигналізація: відключення живлення, сигналізація про перевищення температури, сигналізація про несправність температурного датчика, сигналізація про коливання температури контактної поверхні,	Відповідність	

	сигналізація про низький заряд акумулятора, сигналізація про несправність блоку керування акумулятором		
1.15	Матеріал системи обігріву, не гірше	Нагрівальний шар з вуглецевого волокна	
1.16	Можливість повісити блок керування на горизонтальну медичну рельсу на операційних столах (підвіску)	Можливість	
1.17	Збереження подій, не гірше	100 записів про виникнення тривоги	
1.18	Відображення історії тривоги	Наявність	
1.19	Відображення параметрів на дисплеї, не гірше	Встановлена температура, Температура шкіри, Час агрівання	
1.20	Сенсорний екран	Наявність	
1.21	Регулювання яскравості екрану	Наявність	
1.22	Налаштування мови та дати	Наявність	
1.23	Можливість підключення матраца розміром 1900x530x30 мм	Відповідність	
1.24	Комплектація		
1.25	Система обігріву пацієнта	1 шт.	
1.26	Матрац розміром 1900x530x30 мм	1 шт.	

Примітка. У випадку якщо технічна специфікація містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Обґрунтування: у разі наявності посилань, вони є необхідними, оскільки за основними характеристиками оптимально відповідають потребам замовника за своїми технічними та якісними характеристиками, наявними процесами та функціями.

Уповноважена особа



Зоріхіна В.В.